
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pilnik-kostny-gallaher-dlugosc-160cm-p-460.html>

Pilnik kostny GALLAHER, długość 16.0cm



Cena brutto **60,48 zł**

Cena netto **56,00 zł**

Opis produktu

☐☐☐☐ Pilnik kostny GALLAHER 16.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu kostny GALLAHER 16.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Wrób medyczny do opracowywania tkanki kostnej

☐☐ Opis produktu

Pilnik kostny **Gallaher** to narzędzie chirurgiczne przeznaczone do **wygładzania, opracowywania i modelowania powierzchni kostnych**. Ergonomiczna konstrukcja oraz odpowiedni profil sprawiają, że narzędzie zapewnia precyzję i kontrolę podczas zabiegów.

☐☐ Parametry techniczne

- ☐☐ **Długość całkowita:** 16,0 cm
- ☐☐ **Model:** Gallaher
- ☐☐ **Typ narzędzia:** pilnik kostny
- ☐☐ **Materiał:** stal nierdzewna chirurgiczna
- ☐☐ **Zastosowanie:** procedury ortopedyczne i chirurgiczne

☐ Najważniejsze cechy

- ☐☐ Precyzyjna powierzchnia robocza umożliwiająca dokładne wygładzanie
- ☐☐ Wykonanie ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności
- ☐☐ Narzędzie wielorazowego użytku
- ☐☐ Możliwość sterylizacji w autoklawie
- ☐☐ Ergonomiczny uchwyt zapewniający stabilny i pewny chwyt
-

☐☐ Informacje dodatkowe

Produkt stanowi **wrób medyczny** przeznaczony do użytkowania przez **profesjonalny personel medyczny**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj figury: Fig.1 , Fig.2 , Fig.3

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl