

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/podwazka-kostna-hohmann-wybor-rozmiarow-8mm-18mm-22mm-24mm-35mm-43mm-70mm-p-529.html>



Podważka kostna HOHMANN - (wybór rozmiarów: : 8mm, 18mm, 22mm, 24mm, 35mm, 43mm, 70mm)

Cena brutto **43,09 zł**

Cena netto **39,90 zł**

Opis produktu

PODWAŻKA KOSTNA HOHMANN; długość 26.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu podważkę kostną HOHMANN, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Dostępne szerokości podważki (od lewej na zdjęciu) w sprzedaży:

- **8mm,**
- **18mm,**
- **22mm,**
- **24mm,**
- **35mm,**
- **43mm,**
- **70mm.**

Wyrób medyczny do ortopedii i chirurgii

Opis produktu

Podważka kostna **Hohmann** to wysokiej jakości narzędzie wykorzystywane głównie w chirurgii ortopedycznej do **odciągania, odsłaniania i stabilizacji tkanek oraz struktur kostnych**. Dzięki solidnej konstrukcji oraz właściwemu profilowi zapewnia precyzję, kontrolę i komfort pracy w polu operacyjnym.

Parametry techniczne

- **Długość całkowita:** 26,0 cm
- **Typ:** podważka kostna (Hohmann)
- **Materiał:** stal chirurgiczna nierdzewna
- **Zastosowanie:** ortopedia, chirurgia urazowa, procedury operacyjne

Najważniejsze cechy

- Stabilne odciąganie i separacja tkanek

-
- Ergonomiczny uchwyt zapewniający pewny i wygodny chwyt
 - Odporność na korozję oraz duże obciążenia
 - Narzędzie wielorazowego użytku
 - Przystosowane do sterylizacji w autoklawie
-

Informacje dodatkowe

Produkt jest **wyrobem medycznym**, przeznaczonym do stosowania przez **profesjonalny personel medyczny**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość podważki: 18mm , 22mm , 24mm , 35mm , 43mm , 70mm , 8mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

