

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/rozwieracz-petelkowy-rodent-115cm-p-574.html>

Rozwieracz pętłkowy RODENT 11.5cm



Cena brutto **15,87 zł**

Cena netto **12,90 zł**

Opis produktu

Rozwieracz pętłkowy RODENT 11.5cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rozwieracz pętłkowy RODENT 11.5cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Profesjonalny **rozwieracz pętłkowy RODENT 11.5 cm** to precyzyjne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do **delikatnego rozszerzania tkanek miękkich** w trakcie zabiegów operacyjnych, stomatologicznych i weterynaryjnych.

Dzięki **precyzyjnym, cienkim pętłom roboczym** zapewnia doskonałą widoczność pola operacyjnego oraz **kontrolowane odwarstwianie tkanek** bez ryzyka uszkodzeń. Wykonany z **wysokogatunkowej stali nierdzewnej chirurgicznej**, jest **odporny na korozję, sterylizację i dezynfekcję**.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Długość całkowita: 11.5 cm

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Typ końcówki: Pętłkowa, delikatnie wyprofilowana

Sterylizacja: Tak - autoklaw / środki chemiczne

Zastosowanie: Chirurgia, stomatologia, weterynaria

Uchwyt: Ergonomiczny, antypoślizgowy

Stan produktu: Nowy

Najważniejsze cechy produktu

Cechy

Opis

Stal nierdzewna chirurgiczna: Trwała, odporna na rdzę i środki dezynfekcyjne

Precyzyjna pętla robocza: Umożliwia delikatne i kontrolowane rozszerzanie tkanek

Ergonomiczny uchwyt: Zapewnia pewny chwyt i stabilność pracy

☐ **Długość 11.5 cm:** Kompaktowy i wygodny w użyciu

☞ **Sterylizowalny:** Do autoklawowania i dezynfekcji chemicznej

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl