

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/ssak-koncowka-odsasajaca-frazier-190cm-wybor-rozmiarow-2mm-26mm-33mm-4mm-p-596.html>



Ssak, końcówka odsysająca FRAZIER 19.0cm - (wybór rozmiarów: 2mm, 2.6mm, 3.3mm, 4mm)

Cena brutto	32,29 zł
Cena netto	29,90 zł

Opis produktu

Końcówka odsysająca FRAZIER 19.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu końcówkę odsysającą FRAZIER 19.0cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Ssak FRAZIER dostępny jest w kilku różnych rozmiarach :

- **6FR => Ø2mm**
- **8 FR => Ø2.6mm**
- **10 FR => Ø3.3mm**
- **12 FR => Ø4mm**

Średnica zewnętrzna końcówki na którą nasuwa się przewód przewód wynosi 9mm.

Opis produktu

Końcówka odsysająca **FRAZIER 19.0 cm** to narzędzie stosowane podczas zabiegów chirurgicznych, laryngologicznych i neurochirurgicznych. Zapewnia precyzyjną kontrolę ssania dzięki wąskiej końcówce oraz ergonomicznemu otworowi regulacyjnemu.

Wykonana ze **stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję i przygotowanej do wielokrotnej sterylizacji.

Cechy produktu

Cecha

Wartość

Długość: 19.0 cm

Średnica końcówki: Ø2.0 mm, Ø2.66 mm, Ø3.33mm, Ø4.0 mm,

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Przeznaczenie: Aspiracja / odsysanie

Sterylizacja: Autoklaw / metody chemiczne

☐☐ Zalety produktu

- ☐☐ **Wąska końcówka Ø4,0 mm** - umożliwia precyzyjne odsysanie
- ☐☐ **Optymalna długość 19 cm** - komfort pracy w polu operacyjnym
- ☐☐ **Wysokogatunkowa stal chirurgiczna** - trwałość i odporność na korozję
- ☐☐ **Ergonomiczna budowa** - wygodne trzymanie, otwór regulacyjny
- ☐☐ **Wielokrotna sterylizacja** - pełna kompatybilność z autoklawem

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica ssaka:: 10FR., Ø3.3mm , 12FR., Ø4mm , 6FR., Ø2mm , 8FR., Ø2.6mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

