

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/watotrzymacz-farrel-140cm-p-624.html>

## Watotrzymacz FARREL 14.0cm

Cena brutto **8,10 zł**

Cena netto **7,50 zł**

### Opis produktu

## Watotrzymacz FARREL 14.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu watotrzymacz FARREL 14.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Profesjonalny **watotrzymacz FARREL 14.0 cm** to precyzyjne narzędzie chirurgiczne używane do **chwytania i utrzymywania tamponów lub waty podczas zabiegów medycznych**. Dzięki specjalnie wyprofilowanym **rowkowanym końcówkom** umożliwia **pewne trzymanie materiału opatrunkowego** bez jego uszkodzenia.

Wykonany z **wysokiej jakości stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję i środki dezynfekcyjne. Przystosowany do **autoklawowania** - idealny do wielokrotnego użytku.

### Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

**Długość całkowita:** 14.0 cm

**Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

**Typ narzędzia:** Watotrzymacz FARREL

**Powierzchnia chwytana:** Rowkowana / antypoślizgowa

**Sterylizacja:** Tak - autoklaw / środki chemiczne

**Zastosowanie:** Chirurgia, stomatologia, laryngologia, kosmetologia

**Stan:** Nowy

### Najważniejsze cechy produktu

Cechy

Opis

**Stal nierdzewna chirurgiczna:** Odporna na korozję, środki chemiczne i sterylizację

**Pewny chwyt:** Rowkowane końcówki umożliwiają precyzyjne utrzymanie waty

**Optymalna długość 14 cm:** Doskonała manewrowość i kontrola

---

☸ **Sterylizowalny:** Przystosowany do autoklawowania

☐ **Profesjonalne zastosowanie:** Chirurgia, stomatologia, kosmetologia, laryngologia

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl